

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Paski testowe do pomiaru glukozy oraz glukometry.

1. Paski testowe do pomiaru glukozy- opakowanie 50sztuk (kompatybilne z użyzonym glucometrem).

2. Glukometr i paski - wymogi:

- glukometr dopuszczony do stosowania w warunkach szpitalnych (do stosowania u więcej niż jednego pacjenta),
- fabrycznie nowy, instrukcja obsługi w języku polskim, okres gwarancji minimum 24 miesiące,
- odpowiednio duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz wyników,
- automatycznie uruchamiany po włożeniu paska testowego do aparatu,
- enzym dehydrogenaza glukozy (GDH-FAD),
- odporny na poddawanie się wpływom czynników zakłócających pomiar glukozy we krwi, czyli automatycznie dokonuje korekty hematokrytu, nie reaguje krzyżowo z maltozą i galaktozą, enzym zawarty w pasku testowym nie wchodzi w reakcję z tlenem,
- paski testowe – termin ważności po pierwszym otwarciu 6 miesięcy,
- nanoszenie krwi na pasek testowy bez kontaktu z urządzeniem pomiarowym oraz wielkość kropli 0,5- 0,7ml, kapilara zasysająca krew umieszczona na szczycie paska pomiarowego,
- kodowanie automatyczne, aparat bez kalibracji każdego opakowania (bez paska testowego),
- aparat spełnia wymogi i normy ISO 15197 z 2015r.

potwierdzone certyfikatem, załączonym do oferty oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2017r.,

- zakres pomiarowy min. 20-600mg/dl i przy hematokrycie min. 35-60%
- czas odczytu nie dłuższy niż 5 sekund,
- bezpłatna wymiana niesprawnych lub uszkodzonych glukometrów,
- gwarancja bezpłatnego, okresowego sprawdzenia kontrolnego prawidłowości pomiaru raz na 6 miesięcy,
- możliwość korzystania z co najmniej 2 płynów kontrolnych o różnym stężeniu do kontroli pomiaru glukometru,

- paski testowe dostarcza hurtownia farmaceutyczna,
- hurtownia farmaceutyczna oferująca paski i glukometry reprezentuje wytwórcę , a nie dystrybutora pasków i glukometrów,
- paski testowe wpisane na listy refundacyjne NFZ.