

Białogard, dnia 15 grudnia 2022 r.

Numer sprawy: P/N/9/2022

**Regionalne Centrum Medyczne  
w Białogardzie Sp. z o.o.**

ul. Chopina 29

78-200 Białogard

tel./faks: 94 312 37 17

e-mail: [przetargi@szpitalbialogard.pl](mailto:przetargi@szpitalbialogard.pl)

ePUAP: /RCMB/domyslna

**NIP: 302 00 02 009**

**REGON: 331031257**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ**

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”. Zakup i dostawę wieży artroskopowej dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. - Nr sprawy: P/N/9/2022***

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., ul. Chopina 29, 78-200 Białogard na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści SWZ:

### **Pytanie nr 1**

**Dotyczy rozdziału V pkt. 3 SWZ oraz §3 ust. 2 i §7 ust. 1 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 36 miesięczną gwarancję na głowicę kamery, przy czym gwarancja na autoklawowalność głowicy tj. jej szczelność wynosić będzie 84 miesiące? I tym samym odstąpi od wymogu 84 miesięcznej gwarancji na głowicę kamery.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 2**

**Dotyczy rozdziału V pkt. 3 SWZ oraz §3 ust. 2 i §7 ust. 1 wzoru umowy**

Prosimy o ujednoczenie zapisów odnośnie długości gwarancji na wieżę artroskopową. Zamawiający w rozdziale V pkt. 3 SWZ oraz §3 ust. 2 wzoru umowy wymaga 24 miesięcznej gwarancji a w §7 ust. 1 wzoru umowy wymaga 36 miesięcznej gwarancji na wieżę artroskopową.


**Odpowiedź:** Zamawiający uwzględni zgłoszone uwagi.

### **Pytanie nr 3**

**Dotyczy rozdział XXXV SWZ pkt. 6**

W związku z tym, że Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, prosimy o określenie warunków zwrotu zabezpieczenia we wzorze umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający uwzględni zgłoszone uwagi. Zamawiający zmienił § 13 wzoru umowy.



**Pytanie nr 4**

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania opisu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w SWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ”. Na stronie Zamawiającego: <http://szpitalbialogard.pl/zakup-i-dostawa-wiezy-artroskopowej-dla-regionalnego-centrum-medycznego-w-bialogardzie-sp-z-o-o> nie ma takiego załącznika

**Odpowiedź:** Zamawiający załączył plik dnia 09.12.2022 r.

PREZES ZARZĄDU  
Piotr Skaskiewicz

.....  
podpis